



Opoczno, 20.09.2019 r.

Wnioskodawca poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących zapytania ofertowego w sprawie dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego do wypożyczalni z dnia 12.09.2019 r., które wpłynęły wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

„PYTANIE - Poz. nr 3 Łóżko rehabilitacyjne - 6 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek o parametrach:

Leże cztero-segmentowe,
płynna regulacja wysokości leża na pilota,
pozycja anty-trendelenburga,
płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,
obudowa w kolorze drzewa bukowego,
wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
leże metalowe lub drewniane
leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, pod warunkiem, że oferowane łóżko spełnia wszystkie pozostałe wymagane parametry techniczne sprzętu opisane w Zapytaniu ofertowym.